

様式2-2

| 給食実施者名 | 品名 | 産地 | 測定結果 | | 検出限界値 | | 採取日 (食材調達日) | 給食使用日 | 検査日 | 備考 |
|--------------|----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------|-------|----|
| | | | 放射性セシウム (Cs-134) | 放射性セシウム (Cs-137) | 放射性セシウム (Cs-134) | 放射性セシウム (Cs-137) | | | | |
| 山中湖村学校給食センター | ニラ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 10 | 10 | 5月21日 | 5月22日 | 5月21日 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|------|-------------------------|
| 検査場所 | |
| 検査機器 | NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ |

(参考)

放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137)の基準値

一般食品 100 Bq/kg